



forniture alberghiere di qualità

RO.S. Srl Via Don Milani, 1 – 24050 ZANICA (Bergamo) – Telefono +39.035.670299 – 4 linee – Reg. Impr. Bg. – C.F. e P.IVA 01496180165

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice Ros: TES901

Codice Produttore: 0554 2650

Descrizione prodotto:

OLIO DI RIFERIMENTO – PER LA TARATURA DI TESTO 270



- Olio di riferimento per il controllo periodico della precisione dello strumento di misura
- Su base vegetale per la taratura e la calibratura dei tester per olio di frittura Testo
- Per la taratura e la calibratura viene riscaldato a +50 °C

Olio di riferimento per la taratura e la calibratura del tester per olio di frittura (1 x 100 ml) con l'ausilio dell'App testo Smart

Usando l'olio di riferimento e l'App testo Smart, potrai tarare o calibrare un tester per olio di frittura Testo. Basta immergere lo strumento di misura (in modalità di taratura) nell'olio riscaldato a circa 50° C. Per la taratura, il valore visualizzato sullo strumento di misura viene confrontato con il valore stampato sulla bottiglia dell'olio di riferimento e annotato. Oppure puoi calibrare lo strumento di misura in base a questo valore.

Contenuto della fornitura

no.1 boccetta olio riferimento (100 ml) per la taratura e calibeazione del tester per oli.